

臨床工学科 保守管理業務(件数)【平成30年度実績】

保守管理業務	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
血液浄化関連装置									
血液透析装置定期点検(部品交換含む)	32	32	32	33	33	33	33	33	33
水処理装置日常点検	291	313	312	312	307	313	313	313	312
血液浄化装置日常点検(使用前)	7,997	9,326	8,625	8,746	8,358	8,201	8,725	8,500	8,675
血液浄化装置定期点検	12	12	7	11	12	12	12	12	12
血液透析装置・臨時部品交換・点検	28	9	33	44	49	40	27	26	34
透析液浄化 ET・生菌測定	44	55	66	72	72	76	73	73	53
小計	8,404	9,747	9,075	9,218	8,831	8,675	9,183	8,957	9,119
人工呼吸器関連									
人工呼吸器使用後点検(病棟/ICU)	43	93	81	61	78	89	87	85	90
人工呼吸器使用後点検(小児・新生児)	14	9	7	5	5	12	14	9	5
人工呼吸器定期点検	10	20	19	12	14	10	12	18	12
(メーカー実施)	2	2	19	0	1	0	0	5	0
(臨床工学科士実施)	8	18	19	12	13	10	12	13	12
NPPV関連装置									
NPPV装置使用後点検	88	60	104	93	126	140	177	162	172
輸液ポンプ/シリンジポンプ関連装置									
輸液ポンプ定期点検	118	115	0	130	130	140	152	144	140
輸液ポンプ使用後点検(ME/ICU)	1,645	1,633	1,914	1,665	1,808	2,666	2,764	2,703	2,468
シリンジポンプ定期点検	109	106	100	100	104	100	95	101	100
シリンジポンプ使用後点検(ME/ICU)	1,179	719	1,199	1,282	1,406	1,738	1,661	1,797	1,584
経腸栄養ポンプ使用後点検	19	8	22	25	39	23	30	52	59
SpO2モニター									
SpO2モニター定期点検	28	18	0	27	24	26	19	112	92
SpO2モニター使用後点検	68	71	83	75	60	70	80	55	63
酸素流量計									
酸素流量計定期点検	---	---	---	---	---	---	---	84	58
酸素流量計使用後点検	---	---	---	---	---	---	1234	992	901
除細動器/AED									
除細動器定期点検	52	60	53	48	54	54	58	60	65
AED定期点検	24	24	24	24	24	25	26	26	26
経皮的人工心臓補助装置									
PCPS定期点検	6	6	6	6	6	6	6	6	6
電気メス									
電気メス定期点検(1年)	8	8	0	0	0	0	0	0	0
電気メス定期点検(2ヶ月)	48	48	31	39	26	12	13	8	5
生体情報モニター									
ベッドサイドモニター定期点検	48	50	59	63	32	52	42	56	69
ベッドサイドモニター使用後点検	---	---	---	---	---	---	103	136	218
医用テレメータ定期点検	---	---	---	---	---	---	168	175	170
セントラルモニター使用中ラウンド	---	---	---	---	---	---	4	11	11
自動血圧計									
自動血圧計使用後点検	---	---	---	---	---	---	5	6	2
自動血圧計定期点検	---	---	---	---	---	---	72	182	175
IABP									
IABP定期点検	6	6	5	4	6	6	7	6	6
麻酔器									
麻酔器日常点検	1,689	1,945	1,964	2,025	1,968	1,950	1,945	1,948	1,952
麻酔器定期点検(2ヵ月)	47	50	18	54	23	17	12	10	9
麻酔器修理・部品交換(院外)	12	15	14	14	10	16	20	10	8
電動油圧手術台									
電動油圧手術台定期点検(2ヵ月)	42	60	21	61	29	22	19	13	8
電動油圧手術台修理・部品交換	2	9	3	5	5	2	2	2	2
温風加温システム									
温風加温システム点検	---	---	---	13	9	2	0	3	2
温風加温システム修理	---	---	---	5	7	2	0	0	0
エアーマット									
エアーマット使用後点検	248	590	900	974	914	1,102	1,341	1,362	1,499
エアーマット修理・調整	32	28	13	7	3	3	2	10	6
低圧持続吸引器									
低圧持続吸引器使用後点検	---	---	28	59	69	64	40	64	82
低圧持続吸引器定期点検	---	---	1	6	6	6	6	6	6
超音波ネブライザー									
超音波ネブライザー定期点検	---	---	53	41	44	45	41	45	47
超音波ネブライザー使用後点検	---	---	29	75	49	61	60	55	59
手動式肺人工蘇生器									
手動式肺人工蘇生器定期点検	---	---	---	---	54	49	49	42	47
手動式肺人工蘇生器使用後点検	---	---	---	12	86	84	80	80	55
吸引器									
吸引器使用後点検	---	---	---	---	---	---	56	36	70
吸引器定期点検	---	---	---	40	52	58	38	208	153
泌尿器科外来									
ファイバー洗浄	---	---	---	---	---	---	---	31	164
教育業務									
医療機器装置説明件数	116	111	85	145	98	122	133	140	135
医療機器管理業務									
医療機器点検件数	---	---	---	7,293	8,005	10,119	11,793	11,863	11,381
医療機器点検修理依頼件数	57	156	162	200	249	249	321	299	362
修理依頼件数	---	---	---	22	249	235	310	296	362
院外修理件数	---	---	---	---	36	22	27	47	30
医療機器中央管理(貸出件数)	---	---	---	---	5,450	6,571	7,828	8,005	7,576
医療機器中央管理(返却件数)	---	---	---	---	5,168	6,330	7,583	7,609	7,247
医療機器安全管理料(I)									
医療機器安全管理料取得件数	343	377	359	355	379	389	386	409	404