

臨床工学科 保守管理業務(件数)【平成28年度実績】

臨床工学科業務(臨床技術提供)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	新規
血液浄化関連装置									
血液透析装置定期点検(部品交換含む)	26	32	32	32	33	33	33	33	
水処理装置日常点検	313	291	313	312	312	307	313	313	
血液浄化装置日常点検(使用前)	7515	7997	9326	8625	8746	8358	8201	8725	
血液浄化装置定期点検	12	12	12	7	11	12	12	12	
血液透析装置・臨時部品交換・点検	16	28	9	33	44	49	40	27	
透析液清浄化 ET・生菌測定	7	44	55	66	72	72	76	73	
小計	7889	8404	9747	9075	9218	8831	8675	9183	
人工呼吸器関連(病棟)									
人工呼吸器使用後点検(病棟/ICU)	85	43	93	81	61	78	89	87	
人工呼吸器使用後点検(小児・新生児)	6	14	9	7	5	5	12	14	
人工呼吸器定期点検	17	10	20	19	12	14	10	12	
(メーカー実施)	4	2	2	2	0	1	0	0	
(臨床工学技士実施)	13	8	18	17	12	13	10	12	
NPPV関連装置									
NPPV装置使用後点検	124	88	60	104	93	126	140	177	
輸液ポンプ/シリンジポンプ関連装置									
輸液ポンプ定期点検	107	118	115	0	130	130	140	152	
輸液ポンプ使用後点検(ME/ICU)	1890	1645	1633	1914	1665	1808	2666	2764	
シリンジポンプ定期点検	92	109	106	100	100	104	100	95	
シリンジポンプ使用後点検(ME/ICU)	1192	1179	719	1199	1282	1406	1738	1661	
経腸栄養ポンプ使用後点検	19	19	8	22	25	39	23	30	
SpO2モニタ									
SpO2モニタ定期点検	19	28	18	0	27	24	26	19	
SpO2モニタ使用後点検	55	68	71	83	75	60	70	80	
酸素流量計									
酸素流量計使用後点検	---	---	---	---	---	---	---	1234	●
除細動器/AED									
除細動器定期点検	12	52	60	53	48	54	54	58	
AED定期点検	60	24	24	24	24	24	25	26	
経皮的人工心肺補助装置									
PCPS定期点検	6	6	6	6	6	6	6	6	
電気メス									
電気メス定期点検(1年)	8	8	8	0	0	0	0	0	
電気メス定期点検(2ヶ月)	---	48	48	31	39	26	12	13	
生体情報モニタ									
ベッドサイドモニタ定期点検	48	48	50	59	63	32	52	42	
ベッドサイドモニタ使用後点検	---	---	---	---	---	---	---	103	●
医用テレメータ定期後点検	---	---	---	---	---	---	---	168	●
セントラルモニタ使用中ラウンド	---	---	---	---	---	---	---	4	●
自動血圧計									
自動血圧計使用後点検	---	---	---	---	---	---	---	5	●
自動血圧計定期点検	---	---	---	---	---	---	---	72	●
IABP									
IABP定期点検	6	6	6	5	4	6	6	7	
麻酔器									
麻酔器日常点検	---	1689	1945	1964	2025	1968	1950	1945	
麻酔器定期点検(2ヶ月)	---	47	50	18	54	23	17	12	
麻酔器修理・部品交換(院外)	---	12	15	14	14	10	16	20	
電動油圧手術台									
電動油圧手術台定期点検(2ヶ月)	---	42	60	21	61	29	22	19	
電動油圧手術台修理・部品交換	---	2	9	3	5	5	2	2	
温風加温システム									
温風加温システム点検	---	---	---	---	13	9	2	0	
温風加温システム修理	---	---	---	---	5	7	2	0	
エアーマット									
エアーマット使用後点検	---	248	590	900	974	914	1102	1341	
エアーマット修理・調整	---	32	28	13	7	3	3	2	
低圧持続吸引器									
低圧持続吸引器使用後点検	---	---	---	28	59	69	64	40	
低圧持続吸引器定期点検	---	---	---	1	6	6	6	6	
超音波ネブライザー									
超音波ネブライザー定期点検	---	---	---	53	41	44	45	41	
超音波ネブライザー使用後点検	---	---	---	29	75	49	61	60	
手動式肺人工蘇生器									
手動式肺人工蘇生器定期点検	---	---	---	---	---	54	49	49	
手動式肺人工蘇生器使用後点検	---	---	---	---	12	86	84	80	
吸引器									
吸引器使用後点検	---	---	---	---	---	---	---	56	●
吸引器定期点検	---	---	---	---	40	52	58	38	
教育業務									
医療機器装置説明件数	102	116	111	85	145	98	122	133	
医療機器点検修理依頼件数	50	57	156	162	200	249	249	321	
医療機器安全管理料(I)									
医療機器安全管理料取得件数	410	343	377	359	355	379	389	386	