

臨床工学科 保守管理業務(件数)【令和3年度 実績】

保守管理業務	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
血液浄化関連装置						
血液透析装置定期点検(部品交換含む)	33	33	33	30	33	32
水処理装置日常点検	313	313	312	314	312	313
血液浄化装置日常点検(使用前)	8,725	8,500	8,675	8,114	8884	9267
血液浄化装置定期点検	12	12	12	12	12	12
血液透析装置・臨時部品交換・点検	27	26	34	22	30	13
透析液清浄化 ET・生菌測定	73	73	53	51	63	69
小計	9,183	8,957	9,119	8,543	9,334	9,706
人工呼吸器関連						
人工呼吸器使用後点検(病棟/ICU)	87	85	90	110	118	187
人工呼吸器使用後点検(小児・新生児)	14	9	5	2	0	0
人工呼吸器定期点検	12	18	12	15	10	15
(メーカー実施)	0	5	0	1	0	9
(臨床工学科士実施)	12	13	12	14	10	7
NPPV関連装置						
NPPV装置使用後点検	177	162	172	151	57	41
ネーザルハイフロー装置使用後点検	---	---	---	---	18	21
輸液ポンプ/シリンジポンプ関連装置						
輸液ポンプ定期点検	152	144	140	153	125	127
輸液ポンプ使用後点検(ME/ICU)	2,764	2,703	2,468	2,301	1736	1959
シリンジポンプ定期点検	95	101	100	91	97	81
シリンジポンプ使用後点検(ME/ICU)	1,661	1,797	1,584	1,386	1064	1203
経腸栄養ポンプ定期点検	---	---	---	---	8	8
経腸栄養ポンプ使用後点検	30	52	59	54	78	43
小型シリンジポンプ 定期点検件数	19	20	15	20	17	18
小型シリンジポンプ 使用後点検件数	0	0	0	0	0	18
SpO2モニタ						
SpO2モニタ定期点検	19	112	92	54	54	109
SpO2モニタ使用後点検	80	55	63	43	138	26
酸素流量計						
酸素流量計定期点検	---	84	58	65	94	128
酸素流量計使用後点検	1234	992	901	539	342	477
除細動器/AED						
除細動器定期点検	58	60	65	57	59	70
AED定期点検	26	26	26	26	28	29
経皮的人工心肺補助装置						
PCPS定期点検	6	6	6	6	5	6
電気メス						
電気メス定期点検(1年)	0	0	0	0	0	0
電気メス定期点検(2ヶ月)	13	8	5	7	5	3
生体情報モニタ						
ベッドサイドモニタ定期点検	42	56	69	55	73	71
ベッドサイドモニタ使用後点検	103	136	218	265	223	162
医用テレメータ定期後点検	168	175	170	223	202	188
セントラルモニタ使用中ラウンド	4	11	11	12	7	9
自動血圧計						
自動血圧計使用後点検	5	6	2	2	7	4
自動血圧計定期点検	72	182	175	40	249	171
IABP						
IABP定期点検	7	6	6	6	6	6
麻酔器						
麻酔器日常点検	1,945	1,948	1,952	1,930	1088	2054
麻酔器定期点検(2ヵ月)	12	10	9	11	10	7
麻酔器修理・部品交換(院外)	20	10	8	8	8	8
電動油圧手術台						
電動油圧手術台定期点検(2ヵ月)	19	13	8	10	13	7
電動油圧手術台修理・部品交換	2	2	2	2	2	0
温風加温システム						
温風加温システム日常点検	---	---	---	---	---	1938
温風加温システム定期点検	0	3	2	3	6	3
温風加温システム修理	0	0	0	1	0	0
エアーマット						
エアーマット使用後点検	1,341	1,362	1,499	1,521	1407	1465
エアーマット修理・調整	2	10	6	1	1	5
低圧持続吸引器						
低圧持続吸引器使用後点検	40	64	82	79	59	89
低圧持続吸引器専用カート使用後点検	12	22	47	40	39	43
低圧持続吸引器定期点検	6	6	6	6	6	6
超音波ネブライザー						
超音波ネブライザー定期点検	41	45	47	37	23	34
超音波ネブライザー使用後点検	60	55	59	57	33	52
手動式肺人工蘇生器						
手動式肺人工蘇生器定期点検	49	42	47	47	44	46
手動式肺人工蘇生器使用後点検	80	80	55	52	67	31
吸引器						
吸引器使用後点検	56	36	70	65	105	115
吸引器定期点検	38	208	153	4	209	203
泌尿器科外来						
ファイバー洗浄	---	31	164	157	41	---
教育業務						
医療機器装置(スタッフ)説明件数	80	87	63	87	117	133
医療機器管理業務						
医療機器 点検件数	11,793	11,863	11,381	10,905	9517	10318
医療機器 点検修理依頼件数	321	299	362	338	300	355
医療機器中央管理(貸出件数)	7,828	8,005	7,576	6,388	5937	6462
医療機器中央管理(返却件数)	7,583	7,609	7,247	6,109	5132	5751
修理依頼件数	310	296	362	340	293	383
院外修理件数	27	47	30	46	55	38
院外修理費用	---	---	---	---	---	¥ 4,500,562
医療機器安全管理料(I)						
医療機器安全管理料取得件数	386	409	404	407	281	437