

臨床工学科 保守管理業務(件数)【令和4年度 実績】

保守管理業務	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
血液浄化関連装置							
血液透析装置定期点検(部品交換含む)	33	33	33	30	33	32	22
水処理装置日常点検	313	313	312	314	312	313	313
血液浄化装置日常点検(使用前)	8,725	8,500	8,675	8,114	8884	9267	8907
血液浄化装置定期点検	12	12	12	12	12	12	12
血液透析装置・臨時部品交換・点検	27	26	34	22	30	13	14
透析液清浄化 ET・生菌測定	73	73	53	51	63	69	69
小 計	9,183	8,957	9,119	8,543	9,334	9,706	9,337
腹膜透析関連							
腹膜透析機器 点検件数	---	---	---	---	---	---	3
人工呼吸器関連							
人工呼吸器使用後点検(病棟/ICU)	87	85	90	110	118	187	239
人工呼吸器使用後点検(小児・新生児)	14	9	5	2	0	0	0
人工呼吸器定期点検	12	18	12	15	10	15	18
(メーカー実施)	0	5	0	1	0	9	10
(臨床工学技士実施)	12	13	12	14	10	7	8
NPPV関連装置							
NPPV装置使用後点検	177	162	172	151	57	41	26
ネーザルハイフロー装置使用後点検	---	---	---	---	18	21	38
輸液ポンプ/シリンジポンプ関連装置							
輸液ポンプ定期点検	152	144	140	153	125	127	165
輸液ポンプ使用後点検(ME/ICU)	2,764	2,703	2,468	2,301	1736	1959	1864
シリンジポンプ定期点検	95	101	100	91	97	81	96
シリンジポンプ使用後点検(ME/ICU)	1,661	1,797	1,584	1,386	1064	1203	1151
経腸栄養ポンプ定期点検	---	---	---	---	8	8	8
経腸栄養ポンプ使用後点検	30	52	59	54	78	43	65
小型シリンジポンプ 定期点検件数	19	20	15	20	17	18	17
小型シリンジポンプ 使用後点検件数	0	0	0	0	0	18	62
SpO2モニター							
SpO2モニター定期点検	19	112	92	54	54	109	90
SpO2モニター使用後点検	80	55	63	43	138	26	46
酸素流量計							
酸素流量計定期点検	---	84	58	65	94	128	191
酸素流量計使用後点検	1234	992	901	539	342	477	681
酸素ボンベ							
酸素ボンベ使用前点検	---	---	---	---	---	---	641
除細動器/AED							
除細動器定期点検	58	60	65	57	59	70	68
AED定期点検	26	26	26	26	28	29	25
経皮の人工心肺補助装置							
PCPS定期点検	6	6	6	6	5	6	7
電気メス							
電気メス定期点検(1年)	0	0	0	0	0	0	11
電気メス定期点検(2ヶ月)	13	8	5	7	5	3	-
生体情報モニター							
ベッドサイドモニター定期点検	42	56	69	55	73	71	93
ベッドサイドモニター使用後点検	103	136	218	265	223	162	193
医用テレメータ定期後点検	168	175	170	223	202	188	272
セントラルモニター使用中ラウンド	4	11	11	12	7	9	12
自動血圧計							
自動血圧計使用後点検	5	6	2	2	7	4	30
自動血圧計定期点検	72	182	175	40	249	171	301
IABP							
IABP定期点検	7	6	6	6	6	6	8
麻酔器							
麻酔器日常点検	1,945	1,948	1,952	1,930	1088	2054	2036
麻酔器定期点検(1年)	12	10	9	11	10	7	7
麻酔器修理・部品交換(院外)	20	10	8	8	8	8	9
電動油圧手術台							
電動油圧手術台定期点検(1年)	19	13	8	10	13	7	13
電動油圧手術台修理・部品交換	2	2	2	2	2	0	0
温風加温システム							
温風加温システム日常点検	---	---	---	---	---	1938	1974
温風加温システム定期点検	0	3	2	3	6	3	10
温風加温システム修理	0	0	0	1	0	0	1
エアーマット							
エアーマット使用後点検	1,341	1,362	1,499	1,521	1407	1465	1677
エアーマット修理・調整	2	10	6	1	1	5	4
低圧持続吸引器							
低圧持続吸引器使用後点検	40	64	82	79	59	89	112
低圧持続吸引器専用カート使用後点検	12	22	47	40	39	43	41
低圧持続吸引器定期点検	6	6	6	6	6	6	7
超音波ネブライザー							
超音波ネブライザー定期点検	41	45	47	37	23	34	37
超音波ネブライザー使用後点検	60	55	59	57	33	52	35
手動式肺人工蘇生器							
手動式肺人工蘇生器定期点検	49	42	47	47	44	46	50
手動式肺人工蘇生器使用後点検	80	80	55	52	67	31	55
吸引器							
吸引器使用後点検	56	36	70	65	105	115	162
吸引器定期点検	38	208	153	4	209	203	209
泌尿器科外来							
ファイバー洗浄	---	31	164	157	41	---	---
教育業務							
医療機器装置(スタッフ)説明件数	80	87	63	87	117	133	215
医療機器管理業務							
医療機器 点検件数	11,793	11,863	11,381	10,905	9,517	10,318	11,821
医療機器 点検修理依頼件数	321	299	362	338	300	355	420
医療機器中央管理(貸出件数)	7,828	8,005	7,576	6,388	5,937	6,462	8,748
医療機器中央管理(返却件数)	7,583	7,609	7,247	6,109	5,132	5,751	6,399
修理依頼件数	310	296	362	340	293	383	420
院外修理件数	27	47	30	46	55	38	36
院外修理費用	---	---	---	---	---	¥ 4,500,562	¥6,592,630
医療機器安全管理料(1)							
医療機器安全管理料取得件数	386	409	404	407	281	437	463