

令和3年11月2日

富山市病院事業局契約出納課

「富山まちなか病院X線CT装置売却」への質問及び回答について

「富山まちなか病院X線CT装置売却」に係る条件付き一般競争入札について、下記の質問がありましたので、回答いたします。

記

Q1. 本件の売却物件の内訳は、CT装置、付属品、インジェクター、心電同期装置であり、ワークステーションと机は含まれないとの理解でよろしいでしょうか？

**A1. お見込みのとおり、ワークステーション及びワークステーション設置の机は本売却の対象外となります。**

Q2. X線管球は2010年に設置後交換されていないとの理解でよろしいでしょうか？

**A2. お見込みのとおりです。**

Q3. 搬出日までにX線管球が切れてしまった場合、どのような売却条件になるのでしょうか？

**A3. X線管球が切れるなど、売却に重大な影響がある事象が発生した場合、発生時期により以下の対応といたしますので、ご承知おきのうえ、入札してください。**

**(1)落札者決定後、11月26日（金）までに事象が発生した場合**

**→条件を変え、再度入札を実施いたします。落札者が契約保証金を入金されている場合、返金いたします。**

**(2)11月27日（土）以降、搬出までに事象が発生した場合**

**→落札事業者と売却価格について個別に折衝します。**

Q4. 仕様書に記載されている検出器Tディテクターは、TDMSとの理解でよろしいでしょうか？

**A4. お見込みのとおりです。**

以上

